

金堂县第一人民医院介入耗材配送服务采购项目更正公告

(招标编号: SCIT-GN-2020080154)

一、内容:

1、原招标文件“第六章招标项目要求”“一、配送产品清单及产品要求”中“07包: 心血管内科冠脉介入耗材“、“”08包: 心血管内科电生理介入耗材“、“”09包: 心血管内科起搏器介入耗材“变更内容详见更正公告附件。

2、原投标截止时间和开标时间: 2020年9月23日10:00(北京时间)(文件接收时间: 2020年9月23日9:00-2020年9月23日10:00)现更正为: 投标截止时间和开标时间: 2020年10月15日11:30(北京时间)(文件接收时间: 2020年10月15日10:30-2020年10月15日11:30)

3、其余不变。

延期开标: 2020-10-15 11:30:00.0

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人: 金堂县第一人民医院

地 址: 成都市金堂县广金路886号

联 系 人: 伍老师

电 话: 13408479576

电子邮件: /

招标代理机构: 四川国际招标有限责任公司

地 址: 四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼

联 系 人: 王女士、熊女士

电 话: 13111881827

电子邮件: /



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：熊雪晨（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



更正公告附件:

07 包: 心血管内科冠脉介入耗材整体更正为:

序号	使用科室	产品明细	所投耗材至少应符合以下要求
1	规格型号齐全,能满足临床需求。	血管鞘	规格型号齐全,满足临床需求。
2		连接管	规格型号齐全,能满足临床需求。
3		连通板	规格型号齐全,能满足临床需求。
4		推注器	规格型号齐全,能满足临床需求。
5		Y 形连接器	规格型号齐全,能满足临床需求。
6		球囊扩张导管 用球囊 充压装置	规格型号齐全,能满足临床需求。
7		一次性 使用无 菌 PTCA 球囊预 扩张导 管	规格型号齐全,能满足临床需求。
8		一次性 使用无 菌 PTCA 球囊后 扩张导	规格型号齐全,能满足临床需求。

		管	
9		PTCA 导丝	规格型号齐全，能满足临床需求。
10		血管内造影导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
11		微导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
12		一次性使用有创压力监测传感器	规格型号齐全，能满足临床需求。
13		动脉压迫止血器	规格型号齐全，能满足临床需求。
14		药物球囊	规格型号齐全，能满足临床需求。
15		无线压力导丝	规格型号齐全，能满足临床需求。
16		普通造影导丝	规格型号齐全，能满足临床需求。
17		冠脉药物涂层支架系统	规格型号齐全，能满足临床需求。
18		指引导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
19		一次性	规格型号齐全，能满足临床需求。

		使用血管内抽吸导管	
20		超滑造影导丝	规格型号齐全，能满足临床需求。
21		导引延伸导管	规格型号齐全，能满足临床需求。

08 包：心血管内科电生理介入耗材整体更正为：

序号	使用科室	产品名称	所投耗材至少应符合以下要求
1	心血管内科	固定弯四极标测导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
2		固定弯十极标测导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
3		温控消融导管 4mm 普通型	规格型号齐全，能满足临床需求。
4		温控消融导管 4mm 加硬型	规格型号齐全，能满足临床需求。
5		心内导引鞘组	规格型号齐全，能满足临床需求。
6		固定弯十极标测导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
7		固定弯二十极标测导管 变径型	规格型号齐全，能满足临床需求。
8		可调弯四极标测	规格型号齐全，能满足临床需求。
9		可调弯十极标测导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
10		固定直径环形标测十极	规格型号齐全，能满足临床需求。
11		临时起搏电极	规格型号齐全，能满足临床需求。
12		房间隔穿刺	能满足临床需求。

		针	
13		温控消融导管 4mm 全编织变径型	规格型号齐全，能满足临床需求。
14		冷盐水（大流量）	能满足临床需求
15		冷盐水（加强型）	能满足临床需求
16		复合标测固定弯二极导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
17		复合标测固定弯四极导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
18		复合标测固定弯十极冠状窦导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
19		复合标测固定弯二十极标测电极	规格型号齐全，能满足临床需求。
20		CY 临时起搏电极导管	规格型号齐全，能满足临床需求。
21		四级标测连线	规格型号齐全，能满足临床需求。
22		十级标测连线	规格型号齐全，能满足临床需求。
23		消融导管连线	规格型号齐全，能满足临床需求。

09 包：心血管内科起搏器介入耗材更正为 (删除原序号 6 和序号 12 并调整序号)：

序号	使用科室	产品名称	所投耗材至少应符合以下要求
1	心血管内科	植入式心脏起搏器 单腔/单腔频率应答	1、结构组成：产品由植入式心脏起搏器和扭矩扳手组成。 2、适用范围：用于提供心动过缓起搏或频率适应性起搏，以治疗缓慢性心律失常。如 房颤伴 III 度 AVB, SSS 伴房室传导正常或经济条件差的病人. 各种型号。
2		植入式心脏起搏器 双腔/双腔频率应答/双腔大电池	1、结构组成：产品由植入式心脏起搏器和扭矩扳手组成。 2、特点：频率应答功能、双传感器、SBR、心房心室智能阈值管理；分钟通气量传感器，恢复患者变时性功能。分钟通气量传感器，恢复患者变时性功能。4、适用范围：用于提供心动过缓起搏或频率适应性起搏，以治疗缓慢性心律失常。 各种型号。
3		植入式心脏起搏器抗核磁单腔/双腔	1、结构组成：产品由植入式心脏起搏器和扭矩扳手组成。2、包装要求：1 台/盒，环氧乙烷灭菌。 3、适用范围：用于提供心动过缓起搏和频率适应性起搏，以治疗缓慢性心律失常。对抗核磁需求的患者 。各种型号。各种型号。
4		植入式心脏再同步治疗起搏器 CRT	1、结构组成：产品由脉冲发生器和扭转扳手组成。2、包装要求：1 台/盒，环氧乙烷灭菌。3、适用范围：产品用于植入人体治疗心动过缓、改善心功能，可提供频率适应性治疗，还用于治疗充血性心衰患者。各种型号。
5		植入式心律转复除颤器单腔/双腔	1、结构组成：产品由脉冲发生器和扭转扳手组成。2、包装要求：1 台/盒，环氧乙烷灭菌。3、适用范围：可以为危及生命的室性心律失常患者提供自动的心室抗心动过速起搏（ATP）和心室除颤治疗。 各种型号。

6		植入式心脏再同步治疗除颤器 CRTD	1、结构组成：产品为具有起搏/感知和除颤功能的植入式脉冲发生器。产品由脉冲发生器和扭矩扳手组成。该产品可兼容的植入式心脏除颤电极导线配合使用。不同的型号具有不同的标称起搏模式，并且可以使用程控仪对其问询和程控。该产品具有左右心室再同步治疗功能。 2、包装要求：1 台/盒，环氧乙烷灭菌。 3、适用范围：该产品适用于接受稳定的心衰最佳药物治疗（OPT）的心衰患者且患者符合以下任一项分类：- 中到重度心衰（NYHA 分级 III-IV 级），且$\leq 35\%$，QRS 时间$\geq 120\text{ms}$ - 左束支传导阻滞（LBBB），QRS 时间$\geq 130\text{ms}$，EF$\leq 30\%$，并且为轻度（NYHA 分级 II 级）缺血性或非缺血性心衰或无症状（NYHA 分级 I 级）缺血性心衰，该产品还可以为危机生命的室性心律失常患者提供自动的心室抗心动过速起搏（ATP）和心室除颤治疗。各种型号。
7		植入式起搏电极导线 主动螺旋 心房/心室电极	1、结构组成：产品为双极起搏/传感电极导管，类固醇洗提、带有可伸缩螺旋线的电极导线。长度为 45cm\52cm\59cm。 2、包装要求：1 根/盒，环氧乙烷灭菌。 3、适用范围：配合兼容的脉冲发生器使用，用于心房/心室的长期起搏及感知。各种型号。
8		植入式起搏电极导线 被动心房/心室电极	1. 结构组成：产品为被动固定式电极导线，带有类固醇药物套环。电极导线包括硅橡胶或聚氨酯制成的外层绝缘、钛制成的远端电极和铂铱合金近端电极。 2、包装要求：1 根/盒，环氧乙烷灭菌。 3、适用范围：与相配合的脉冲发生器连用，提供心房或者心室的起搏和感知。各种型号。
9		植入式心脏起搏电极导线 抗磁共振心房/心室电极	1、结构组成：产品为双极，主动固定式，带有 IS-1 接口的植入式心脏起搏电极导线。产

			品由点击哦导线。塑形钢丝、静脉钩、固定工具、钢丝引导帽组成。2、包装要求：1 根/盒，环氧乙烷灭菌。3、特点：全身 MRI 兼容；多层绝缘防护，保证全面安全；超细直径，可通过 6Fr 穿刺鞘管；IROX™图层电极：在头端和环端电极均涂敷独特的氧化铱涂层钛，可降低急性期和慢性期起搏阈值。4、适用范围：与兼容脉冲发生器结合使用时，用于对右心房和/或右心室进行长期起搏和感知。该产品在特定使用条件下可以兼容 1.5T MRI 设备。各种型号。
10		植入式心脏除颤电极导线除颤电极	1、结构组成：产品为心律转复/除颤、起搏/感知、类固醇洗提、带有可伸缩螺旋线的电极导线。线圈电极和双线圈电极。2、包装要求：1 根/盒，环氧乙烷灭菌。3、单线圈/双线圈导线，被动固定/主动固定导线；DF/DF4 连接端口导线。4、适用范围：用于向植入式心律转复除颤器提供起搏和频率感知并输送心律转复和除颤电击。各种型号。
11		可植入式左室心脏起搏导线	1、结构组成：产品是双极冠状静脉电极，电极导线远端外部绝缘材料为硅橡胶，近端外部绝缘材料为聚氨酯，电极材料为带氧化铱突出的铂/铱合金。产品经环氧乙烷灭菌。2、包装要求：1 根/盒，环氧乙烷灭菌。3、适用范围：产品用于经冠状静脉长期左心室双电极起搏和感知，需要与兼容的心脏再同步化治疗（CRT）心衰装置配合使用。各种型号。
12		导引导管	1、结构组成：产品由导引导管、通用导管切开刀片、导引器和导丝扭转装置组成。导管分为 8F 直径和 6F 直径两种规格，其中 8F 导引导管可以单独使用，也可以与 6F 的导引导管配套使用。2、包装要求：1 根/盒，环氧乙烷灭菌。3、适用范围：产品用于进入冠状静

			脉系统。可单独使用一个递送导管（8F），也可同时使用两个递送导管（8F 和 6F）。该产品可用作递送造影剂和器械的通路，例如将植入式冠状静脉导线插入到冠状静脉系统中。各种型号。
13		导丝	1、结构组成：产品由芯丝、远端绕丝和套管组成。芯丝有 304V 不锈钢制成，远端绕丝由铂/钨合金制成。套管由聚氨酯制成；导丝近端涂有聚四氟乙烯涂层，远端涂有 ICE 亲水涂层；导丝的远端分为直形和 J 形。2、包装要求：1 根/盒，环氧乙烷灭菌。3、适用范围：该产品用于辅助左心室电极导线放置到冠状静脉血管中。各种型号。
14		一次性使用无菌导管鞘组 /撕开鞘	1、结构组成：导管鞘组包括一个穿刺针、一个注射器、根导丝和一个血管扩张器/导管鞘组件。2、特点：鞘组是起搏器植入手术的辅助装置，用于起搏器电极导线进入静脉血管。各种型号。

