

金堂县第一人民医院 Storz 纤维输尿管镜维修单一来源采购方式专业人员论证
意见公示

(招标编号: /)

项目所在地区: 四川省, 成都市, 金堂县

一、招标条件

本金堂县第一人民医院 Storz 纤维输尿管镜维修单一来源采购方式专业人员论证意见公示已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金 7.84 万元, 招标人为金堂县第一人民医院。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式, 特邀请有兴趣的潜在投标人提出资格预审申请。

二、项目概况和招标范围

规模: /

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)Storz 纤维输尿管镜维修;

三、投标人资格要求

(001Storz 纤维输尿管镜维修)的投标人资格能力要求: 不适用;

本项目不允许联合体投标。

四、资格预审文件的获取

获取时间: 从 2021 年 01 月 21 日 09 时 00 分到 2021 年 01 月 27 日 17 时 00 分

获取方式: 无需获取

五、资格预审申请文件的递交

递交截止时间: 2021 年 01 月 28 日 00 时 00 分

递交方式: 仅为公示, 无需递交无需递交

六、资格预审开始时间及地点

资格预审开始时间: 2021 年 01 月 28 日 00 时 00 分

资格预审地点: 无需递交

评审办法: 不适用

七、其他

采购人泌尿外科使用的 Storz 纤维输尿管镜 (型号: 11278A1) 由于管路漏气、外表破损及图像出现黑点的严重故障, 已无法正常使用, 需要返回 Storz 维修中心进行换修。为了



保证纤维输尿管镜的使用品质和手术图像的稳定性,需要经过 Storz 公司更换原厂的相同型号配件并进行专业的装配、调校、密封和测试。这些配件为专用配件,且这些配件及维修服务由 STORZ 授权经销商公司作为唯一供应商进行换修处理。

综上所述,建议金堂县第一人民医院 Storz 纤维输尿管镜维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商:成都德合天恒商贸有限公司

本项目仅为单一来源采购专业人员论证意见公示,无需文件获取和递交,公示期限从 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 27 日止。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人: 金堂县第一人民医院

地 址: 成都市金堂县金广路 886 号

联 系 人: 肖老师

电 话: 13980443638

电子邮件: /

招标代理机构: 四川国际招标有限责任公司

地 址: 四川省成都市高新区天府大道中段 800 号天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 17 楼

联 系 人: 闫女士

电 话: 13111882295

电子邮件: /

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):  (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)